Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации "ТАТСЕРТ"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

RA.RU.11АД58

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

РЕШЕНИЕ

№ 25.09.2025-2ТАТ от 25.09.2025

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 25.09.2025-2ТАТ от 25.09.2025:

заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТПРИБОР"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

основной государственный регистрационный номер 1216100029914

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344019, Россия,Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица 1-я линия, дом 23

Адрес места осуществления деятельности: 344090, Россия, Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Мильчакова, дом 10, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +79287617874

Адрес электронной почты: smartpribor@inbox.ru

на проведение сертификации продукции:

Плотномер-вискозиметр «СМАРТ».

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии) название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.52-001-53564978-2023 Плотномер-вискозиметр «СМАРТ»

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 9026802000

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТПРИБОР"

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344019, Россия,Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица 1-я линия, дом 23

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344090, Россия, Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Мильчакова, дом 10, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

и представленных заявителем документов:

Заявка, учредительные документы, Технические условия ТУ 26.51.52-001-53564978-2023; Сборочный чертеж 100.000.000

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по ТР ТС 032/2013 не требуется.

Эксперт органа по сертификации _____ А.А. Поляков

подпись инициалы, фамилия